

KIT BIOSTATLOCK "PICC"

Classe (Dir. 93/42/CEE e s.m.i.)

(vedi allegati)

CODICE

EVOPICKIT001

Sterilizzazione

(vedi allegati)

Pezzi/box

1

GMDN - CND

RDM

35643

Presenza di lattice

☐ si☐ noConformità EN 13795
(terileria e abbigliamento)☐ si☐ noConformità EN 868
(vaschetta/busta)☐ si☐ noOssido di etilene residuo inferiore
a 2 ppm☐ si☐ noImballo con busta interna per
protezione dei dispositivi da
polvere e umidità.☐ si☐ no

Presenza di ftalati

☐ si☐ no

Il dispositivo si classifica come assemblato, ai sensi della Direttiva 93/42/CEE e s.m.i., art. 12, 2 co.

Avvertenza: i singoli componenti sono sterili, ma la confezione esterna non è sterile.

Caratteristiche dei componenti:

All.	Q.ta	Codice	Descrizione	Caratteristiche tecniche del prodotto	Fabbricante / O.N.	CND	RDM
1	1	44151	Biopatch	Medicazione antimicrobica e antifungina per la prevenzione delle infezioni correlate a tutti i dispositivi per cutanei vascolari e non vascolari	Johnson & Johnson / O.N. 0086	M04040602	924615/R
2	1	PICC0220CE	Statlock PICC	Sistema per la stabilizzazione definitiva dei cateteri venosi periferici, composto da due dispositivi di fissaggio, una salvietta di preparazione della cute, una tintura di benzoina e una striscia adesiva di fissaggio.	BARD Inc. / O.N. 0086	M04010299	164280/R
3	1	4008	IV 3000 1 – Hand	Medicazione in poliuretano trasparente, impermeabile all'acqua e ai batteri e ad elevata gas permeabilità.	Smith & Nephew LTD / O.N. 0086	M04010202	69684/R
4	2	011-MC100	Microclave Clear Connector	Dispositivo a circuito chiuso a pressione neutra per infusione e/o prelievo da utilizzare per vie venose/arteriose a lunga permanenza con basso spazio morto e completamente trasparente.	ICU Medical Inc. / O. N. 0050	A0799	474639/R
5	5	23501	Compresse piegate in garza idrofila in cotone	Garza idrofila di cotone per medicazione	Ditta Luigi Salvadori S.p.A. / O.N. 0373	M0201020101	172408/R
6	1	XP 00220	Sani Cloth CHG 2%	Salvietina per la disinfezione di dispositivi medici	P.D.I. NICE PACK PRODUCTS Inc./ O.N. 0086	D02010102	225263/R

KIT BIOSTATLOCK "PICC"

All.	Q.ta	Codice	Descrizione	Caratteristiche tecniche del prodotto	Fabbricante / O.N.	CND	RDM
7	2	E0103-01	Siringa 10 ml. con soluzione salina e SwabCap	Siringa per lavaggio cateteri e deflussori endovenosi	Excelsior Medical / O.N. 0120		649847
8	1	MD 02 0005B	Telo in biaccoppiato cm. 50x60	Telo in biaccoppiato	Medical Device S.r.l. / O.N. 0373	T020199	706329/R
9	1	300912	Siringa LL 10 ml. cono centrale	Siringa LL in polipropilene	BD / O.N. 0050	A020102020102	65002/R