


CDC e INS raccomandano l'uso di dispositivi per la stabilizzazione cutanea degli accessi vascolari



La stabilizzazione degli accessi vascolari è di estrema importanza in tutti i pazienti. Lo sottolineano sia le linee guida dei CDC che le linee guida INS.



Le Linee Guida 2011 dei CDC di Atlanta per la prevenzione delle infezioni da cateteri intravascolari raccomandano di:
“Utilizzare un dispositivo di stabilizzazione sutureless per ridurre il rischio di infezione dei cateteri intravascolari” *Categoria II*



Le linee guida 2011 dell'INS affermano:

“36.1 Occorre stabilizzare i VAD (dispositivi per accesso vascolare) allo scopo di preservare l'integrità del dispositivo, minimizzare il movimento del catetere all'emergenza e prevenire la dislocazione del catetere e la perdita dell'accesso.

36.2 I VAD dovrebbero essere stabilizzati usando un metodo che non interferisca con la valutazione ed il controllo del sito di emergenza e non impedisca la circolazione sanguigna o il rilascio della terapia.

36.3 L'uso dei metodi di stabilizzazione dovrebbe essere definito all'interno di protocolli operativi e/o procedure aziendali.

36.4 L'infermiere deve essere competente nell'uso appropriato e nell'applicazione dei dispositivi per la stabilizzazione dei VAD.”